

# Chirurgisches Protokoll für copaSKY Ø 3.0



copa  
**SKY**  
IMPLANT SYSTEM

Implantatlänge

8, 10, 12, 14 mm




Crestalbohrer



300 U/min.

3.0

Harter Knochen D1



300 U/min.


3.0

Mittelharter /  
weicher  
Knochen D2-D4



300 U/min.

3.0



Irrtum und Änderungen vorbehalten

0098390D-20240611



DENTAL INNOVATIONS  
SINCE 1974

bredent  
group